

报告编号: GSB20443



有机检测质量控制报告

(挥发、半挥发性有机物)

送检单位 河北标科环境检测技术有限公司

报告页数 2 页

报告日期 2020 年 8 月 5 日

批准人 田平

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)



注 意 事 项

- 1.报告无“检验检测专用章”无效、无“骑缝章”无效。
- 2.检测报告部分复制无效。
- 3.未经授权签字人签字的报告无效。
- 4.报告涂改无效。
- 5.样品在本实验室保存时间水样为 15 天，固体样品为 30 天。
- 6.对检测报告若有异议，应在收到报告之日起十日内向本中心申请复检，逾期不申请，视为认可检测报告。
- 7.主管部门投诉电话：0311-67598501
- 8.委托检测仅对来样负责。

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心

(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

地址：河北省正定县中山东路 92 号（大佛寺西 200 米路南）

电话（传真）：（0311）88017401

邮政编码：050803

联系人：孙振华

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

质量控制报告(空白加标)

被监控样品编号: 20-443-2215~20-443-2226

检测日期: 2020.7.28

第 1 页

共 2 页

检测项目		单位	定量限	空白	加标浓度	质量控制加标检测结果		控制限值
						加标结果	回收率(%)	回收率(%)
替代物	一氟二溴甲烷	%		92.2			101.1	70~130
	对溴氟苯	%		70.9			97.1	70~130
挥发性有机物	氯乙烯	µg/L	0.50	<0.50	10.00	10.39	103.9	70~130
	1,1-二氯乙烯	µg/L	0.20	<0.20	10.00	11.91	119.1	70~130
	二氯甲烷	µg/L	0.50	<0.50	10.00	12.47	124.7	70~130
	反-1,2-二氯乙烯	µg/L	0.15	<0.15	10.00	12.75	127.5	70~130
	顺-1,2-二氯乙烯	µg/L	0.15	<0.15	10.00	12.40	124.0	70~130
	三氯甲烷	µg/L	0.20	<0.20	10.00	12.37	123.7	70~130
	1,1,1-三氯乙烷	µg/L	0.15	<0.15	10.00	10.68	106.8	70~130
	四氯化碳	µg/L	0.20	<0.20	10.00	10.64	106.4	70~130
	苯	µg/L	0.30	<0.30	10.00	11.70	117.0	70~130
	1,2-二氯乙烷	µg/L	0.25	<0.25	10.00	11.92	119.2	70~130
	三氯乙烯	µg/L	0.20	<0.20	10.00	11.20	112.0	70~130
	1,2-二氯丙烷	µg/L	0.15	<0.15	10.00	11.15	111.5	70~130
	甲苯	µg/L	0.30	<0.30	10.00	10.71	107.1	70~130
	1,1,2-三氯乙烷	µg/L	0.15	<0.15	10.00	11.28	112.8	70~130
	四氯乙烯	µg/L	0.20	<0.20	10.00	11.34	113.4	70~130
	氯苯	µg/L	0.05	<0.05	10.00	10.22	102.2	70~130
	乙苯	µg/L	0.30	<0.30	10.00	10.08	100.8	70~130
	间/对二甲苯	µg/L	0.50	<0.50	20.00	20.32	101.6	70~130
	邻二甲苯	µg/L	0.20	<0.20	10.00	10.23	102.3	70~130
	苯乙烯	µg/L	0.25	<0.25	10.00	10.18	101.8	70~130
	溴仿	µg/L	0.50	<0.50	10.00	12.46	124.6	70~130
	1,4-二氯苯	µg/L	0.10	<0.10	10.00	9.88	98.8	70~130
	1,2-二氯苯	µg/L	0.10	<0.10	10.00	9.94	99.4	70~130
	1,3,5-三氯苯	µg/L	0.20	<0.20	10.00	11.35	113.5	70~130
	1,2,4-三氯苯	µg/L	0.20	<0.20	10.00	11.74	117.4	70~130
	1,2,3-三氯苯	µg/L	0.20	<0.20	10.00	12.43	124.3	70~130
	以下空白							

主检:

李瑞红

制表:

陈永海

校对:

张新

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

质量控制报告(空白加标)

被监控样品编号: 20-443-2215~20-443-2226

检测日期: 2020.7.28-2020.8.5

第 2 页

共 2 页

检测项目		单位	定量限	空白	加标浓度	质量控制加标检测结果		控制限值
						加标结果	回收率(%)	回收率(%)
替代物	二氯联苯	%		73.5			77.1	70~130
	2,4,5,6-四氯间二甲苯	%		101.3			80.2	65~130
	PCB-209	%		94.4			101.7	70~130
	对三联苯-D14	%		106.9			107.9	70~130
	硝基苯-D5	%		84.0			81.6	70~130
	PCB114-D4	%		103.8			86.8	70~130
	PCB28-D4	%		94.7			85.8	70~130
	五氯硝基苯	%		101.3			100.7	70~130
	2-氟酚	%		118.6			86.4	70~130
	2,4,6-三溴酚	%		109.7			88.7	70~130
	磷酸三苯酯	%		87.6			79.7	70~130
半挥发性有机物	2,4-二硝基甲苯	µg/L	0.010	<0.010	0.080	0.089	111.3	70~130
	2,6-二硝基甲苯	µg/L	0.010	<0.010	0.080	0.087	108.8	70~130
	萘	µg/L	0.020	<0.020	0.080	0.075	93.8	70~130
	蒽	µg/L	0.010	<0.010	0.080	0.092	115.0	70~130
	荧蒽	µg/L	0.010	<0.010	0.080	0.071	88.8	70~130
	苯并(b)荧蒽	µg/L	0.010	<0.010	0.080	0.098	122.5	70~130
	苯并(a)芘	µg/L	0.0020	<0.0020	0.0800	0.0861	107.6	70~130
	多氯联苯(总量)	µg/L	0.010	<0.010	0.720	0.729	101.3	70~130
	2,4,6-三氯酚	µg/L	0.040	<0.040	0.200	0.216	108.0	70~130
	五氯酚	µg/L	0.040	<0.040	0.200	0.235	117.5	70~130
	六六六(总量)	µg/L	0.010	<0.010	0.320	0.313	97.8	70~130
	γ-六六六	µg/L	0.010	<0.010	0.080	0.077	96.3	70~130
	滴滴涕(总量)	µg/L	0.010	<0.010	0.320	0.366	114.4	70~130
	六氯苯	µg/L	0.0050	<0.0050	0.0800	0.0720	90.0	70~130
	七氯	µg/L	0.010	<0.010	0.080	0.086	107.5	70~130
	百菌清	µg/L	0.020	<0.020	0.080	0.076	95.0	70~130
	莠去津	µg/L	0.040	<0.040	0.080	0.078	97.5	70~130
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	µg/L	2.0	<2.0	4.0	3.0	74.6	70~130
	2,4-滴	µg/L	0.10	<0.10	0.50	0.38	76.0	70~130
	克百威	µg/L	0.050	<0.050	0.50	0.46	92.0	70~130
	涕灭威	µg/L	0.050	<0.050	0.50	0.44	88.0	70~130
	敌敌畏	µg/L	0.0050	<0.0050	0.100	0.080	80.0	70~130
	甲基对硫磷	µg/L	0.0050	<0.0050	0.100	0.081	81.0	70~130
	马拉硫磷	µg/L	0.0050	<0.0050	0.100	0.080	80.0	70~130
	乐果	µg/L	0.0050	<0.0050	0.100	0.085	85.0	70~130
	毒死蜱	µg/L	0.0050	<0.0050	0.100	0.076	76.0	70~130
	草甘膦	µg/L	0.10	<0.10	10.00	8.02	80.2	70~130
	以下空白							

主检: 李联旭

制表: 李联旭

校对: 张新



报告编号: GSB20443

检 测 报 告

送检单位 河北标科环境检测技术有限公司

样品名称 水

检测类别 委托检验

检验项目 挥发、半挥发性有机物

报告日期 2020 年 8 月 5 日

批 准 人 田 芳 芳

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)



注 意 事 项

- 1.报告无“检验检测专用章”无效、无“骑缝章”无效。
- 2.检测报告部分复制无效。
- 3.未经授权签字人签字的报告无效。
- 4.报告涂改无效。
- 5.样品在本实验室保存时间水样为 15 天，固体样品为 30 天。
- 6.对检测报告若有异议，应在收到报告之日起十日内向本中心申请复检，逾期不申请，视为认可检测报告。
- 7.主管部门投诉电话：0311-67598501
- 8.委托检测仪对来样负责。

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心

(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

地址：河北省正定县中山东路 92 号（大佛寺西 200 米路南）

电话（传真）：（0311）88017401

邮政编码：050803

联系人：孙振华

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

检测报告

送检单位		河北标科环境检测技术有限公司			
样品名称		水	样品批号	20-443	
样品数量		12	检测类别	委托检测	
样品性状		液体			
收样日期		2020.7.25	检测日期	2020.7.28-8.5	
检测项目		蒽、苯等	检测依据	见附表2	
主要检测 仪器	名称	高效液相色谱串联质谱	检测 环境	温度	22℃
	型号	3200QTRAP		相对湿度	43%
	名称	气相色谱-质谱联用仪	检测 环境	温度	22℃
	型号	TRACE 1300/ISQ LT		相对湿度	43%
备注：检测数据见第2-13页。					

主检：李晓明

制表：张永海

校对：张新

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

检测报告

送检单位: 河北标科环境检测技术有限公司 收样日期: 2020.7.25

批 号: 20-443

采样地点: 南宫市凤岗街道水源地

检测日期: 2020.7.28-8.5

室内编号: 20-443-2215

采样日期: 2020.7.25

报告日期: 2020.8.5

野外编号: W07003DX1-1201

检测项目	检测值	检测项目	检测值
三氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	—	苯并(b)荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
四氯化碳/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	苯并(a)芘/($\mu\text{g/L}$)	<0.0020
苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	多氯联苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/($\mu\text{g/L}$)	<2.0
二氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	2,4,6-三氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,2-二氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	—	五氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,1,1-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	六六六(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1,2-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	γ -六六六(林丹)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,2-二氯丙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	滴滴涕(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
三溴甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	六氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	七氯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	2,4-滴/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
1,2-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	克百威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
三氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	涕灭威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
四氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	敌敌畏/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.05	甲基对硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
邻二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	马拉硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
对二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	乐果/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
三氯苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	毒死蜱/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
乙苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	百菌清/($\mu\text{g/L}$)	<0.020
二甲苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	莠去津/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
苯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.25	草甘膦/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
2,4-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010	以下空白	
2,6-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
萘/($\mu\text{g/L}$)	<0.020		
蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		

主检: 李淑娟

制表: 张永清

校对: 张新

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

检测检测专报 告

送检单位: 河北标科环境检测技术有限公司 收样日期: 2020.7.25

批 号: 20-443

采样地点: 南宫市董家庙办事处水源地

检测日期: 2020.7.28-8.5

室内编号: 20-443-2216

采样日期: 2020.7.25

报告日期: 2020.8.5

野外编号: W07003DX1-1101

检测项目	检测值	检测项目	检测值
三氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	—	苯并(b)荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
四氯化碳/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	苯并(a)芘/($\mu\text{g/L}$)	<0.0020
苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	多氯联苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/($\mu\text{g/L}$)	<2.0
二氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	2,4,6-三氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,2-二氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	—	五氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,1,1-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	六六六(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1,2-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	γ -六六六(林丹)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,2-二氯丙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	滴滴涕(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
三溴甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	六氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	七氯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	2,4-滴/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
1,2-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	克百威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
三氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	涕灭威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
四氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	敌敌畏/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.05	甲基对硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
邻二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	马拉硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
对二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	乐果/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
三氯苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	毒死蜱/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
乙苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	百菌清/($\mu\text{g/L}$)	<0.020
二甲苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	莠去津/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
苯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.25	草甘膦/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
2,4-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010	以下空白	
2,6-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
萘/($\mu\text{g/L}$)	<0.020		
蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		

主检: 李丽娟

制表: 张新

校对: 张新

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

检 测 报 告

送检单位: 河北标科环境检测技术有限公司 收样日期: 2020.7.25

批 号: 20-443

采样地点: 南宫市段芦头镇水源地

检测日期: 2020.7.28-8.5

室内编号: 20-443-2217

采样日期: 2020.7.25

报告日期: 2020.8.5

野外编号: W07003DX1-1001

检测项目	检测值	检测项目	检测值
三氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	—	苯并(b)荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
四氯化碳/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	苯并(a)芘/($\mu\text{g/L}$)	<0.0020
苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	多氯联苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/($\mu\text{g/L}$)	<2.0
二氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	2,4,6-三氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,2-二氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	—	五氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,1,1-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	六六六(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1,2-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	γ -六六六(林丹)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,2-二氯丙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	滴滴涕(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
三溴甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	六氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	七氯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	2,4-滴/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
1,2-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	克百威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
三氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	涕灭威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
四氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	敌敌畏/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.05	甲基对硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
邻二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	马拉硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
对二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	乐果/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
三氯苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	毒死蜱/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
乙苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	百菌清/($\mu\text{g/L}$)	<0.020
二甲苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	莠去津/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
苯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.25	草甘膦/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
2,4-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010	以下空白	
2,6-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
萘/($\mu\text{g/L}$)	<0.020		
蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		

主检: 李晓明

制表: 张永清

校对: 张新

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

检测专用章
检测报告

送检单位: 河北标科环境检测技术有限公司 收样日期: 2020.7.25

批 号: 20-443

采样地点: 南宫市紫冢镇水源地

检测日期: 2020.7.28-8.5

室内编号: 20-443-2218

采样日期: 2020.7.25

报告日期: 2020.8.5

野外编号: W07003DX1-0901

检测项目	检测值	检测项目	检测值
三氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	—	苯并(b)荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
四氯化碳/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	苯并(a)芘/($\mu\text{g/L}$)	<0.0020
苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	多氯联苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/($\mu\text{g/L}$)	<2.0
二氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	2,4,6-三氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,2-二氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	—	五氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,1,1-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	六六六(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1,2-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	γ -六六六(林丹)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,2-二氯丙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	滴滴涕(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
三溴甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	六氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	七氯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	2,4-滴/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
1,2-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	克百威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
三氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	涕灭威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
四氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	敌敌畏/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.05	甲基对硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
邻二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	马拉硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
对二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	乐果/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
三氯苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	毒死蜱/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
乙苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	百菌清/($\mu\text{g/L}$)	<0.020
二甲苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	莠去津/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
苯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.25	草甘膦/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
2,4-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010	以下空白	
2,6-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
萘/($\mu\text{g/L}$)	<0.020		
蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		

主检: 李丽娟

制表: 张书珍

校对: 张新

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

检测报告

送检单位: 河北标科环境检测技术有限公司 收样日期: 2020.7.25

批号: 20-443

采样地点: 南宫市垂杨镇水源地

检测日期: 2020.7.28-8.5

室内编号: 20-443-2219

采样日期: 2020.7.25

报告日期: 2020.8.5

野外编号: W07003DX1-0801

检测项目	检测值	检测项目	检测值
三氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	—	苯并(b)荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
四氯化碳/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	苯并(a)芘/($\mu\text{g/L}$)	<0.0020
苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	多氯联苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/($\mu\text{g/L}$)	<2.0
二氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	2,4,6-三氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,2-二氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	—	五氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,1,1-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	六六六(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1,2-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	γ -六六六(林丹)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,2-二氯丙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	滴滴涕(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
三溴甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	六氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	七氯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	2,4-滴/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
1,2-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	克百威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
三氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	涕灭威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
四氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	敌敌畏/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.05	甲基对硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
邻二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	马拉硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
对二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	乐果/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
三氯苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	毒死蜱/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
乙苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	百菌清/($\mu\text{g/L}$)	<0.020
二甲苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	莠去津/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
苯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.25	草甘膦/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
2,4-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010	以下空白	
2,6-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
萘/($\mu\text{g/L}$)	<0.020		
蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		

主检: 李昭旭

制表: 张永海

校对: 张新

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

检 测 专 报 告

送检单位: 河北标科环境检测技术有限公司 收样日期: 2020.7.25

批 号: 20-443

采样地点: 南宫市薛吴村乡水源地

检测日期: 2020.7.28-8.5

室内编号: 20-443-2220

采样日期: 2020.7.25

报告日期: 2020.8.5

野外编号: W07003DX1-0701

检测项目	检测值	检测项目	检测值
三氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	—	苯并(b)荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
四氯化碳/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	苯并(a)芘/($\mu\text{g/L}$)	<0.0020
苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	多氯联苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/($\mu\text{g/L}$)	<2.0
二氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	2,4,6-三氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,2-二氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	—	五氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,1,1-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	六六六(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1,2-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	γ -六六六(林丹)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,2-二氯丙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	滴滴涕(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
三溴甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	六氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	七氯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	2,4-滴/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
1,2-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	克百威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
三氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	涕灭威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
四氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	敌敌畏/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.05	甲基对硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
邻二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	马拉硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
对二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	乐果/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
三氯苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	毒死蜱/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
乙苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	百菌清/($\mu\text{g/L}$)	<0.020
二甲苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	莠去津/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
苯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.25	草甘膦/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
2,4-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010	以下空白	
2,6-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
萘/($\mu\text{g/L}$)	<0.020		
蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		

主检: 李凤如

制表: 李凤如

校对: 张莉

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

检 测 报 告

送检单位: 河北标科环境检测技术有限公司 收样日期: 2020.7.25

批 号: 20-443

采样地点: 南宫市明化镇水源地

检测日期: 2020.7.28-8.5

室内编号: 20-443-2221

采样日期: 2020.7.25

报告日期: 2020.8.5

野外编号: W07003DX1-0601

检测项目	检测值	检测项目	检测值
三氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	—	苯并(b)荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
四氯化碳/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	苯并(a)芘/($\mu\text{g/L}$)	<0.0020
苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	多氯联苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/($\mu\text{g/L}$)	<2.0
二氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	2,4,6-三氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,2-二氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	—	五氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,1,1-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	六六六(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1,2-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	γ -六六六(林丹)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,2-二氯丙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	滴滴涕(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
三溴甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	六氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	七氯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	2,4-滴/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
1,2-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	克百威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
三氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	涕灭威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
四氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	敌敌畏/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.05	甲基对硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
邻二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	马拉硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
对二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	乐果/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
三氯苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	毒死蜱/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
乙苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	百菌清/($\mu\text{g/L}$)	<0.020
二甲苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	莠去津/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
苯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.25	草甘膦/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
2,4-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010	以下空白	
2,6-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
萘/($\mu\text{g/L}$)	<0.020		
蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		

主检: 李晓明

制表: 张永清

校对: 张新

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

检 测 报 告

送检单位: 河北标科环境检测技术有限公司 收样日期: 2020.7.25

批 号: 20-443

采样地点: 南宫市高村镇水源地

检测日期: 2020.7.28-8.5

室内编号: 20-443-2222

采样日期: 2020.7.25

报告日期: 2020.8.5

野外编号: W07003DX1-0501

检测项目	检测值	检测项目	检测值
三氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	—	苯并(b)荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
四氯化碳/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	苯并(a)芘/($\mu\text{g/L}$)	<0.0020
苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	多氯联苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/($\mu\text{g/L}$)	<2.0
二氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	2,4,6-三氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,2-二氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	—	五氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,1,1-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	六六六(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1,2-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	γ -六六六(林丹)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,2-二氯丙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	滴滴涕(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
三溴甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	六氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	七氯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	2,4-滴/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
1,2-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	克百威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
三氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	涕灭威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
四氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	敌敌畏/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.05	甲基对硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
邻二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	马拉硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
对二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	乐果/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
三氯苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	毒死蜱/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
乙苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	百菌清/($\mu\text{g/L}$)	<0.020
二甲苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	莠去津/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
苯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.25	草甘膦/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
2,4-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010	以下空白	
2,6-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
萘/($\mu\text{g/L}$)	<0.020		
蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		

主检: 李晓明

制表: 李晓明

校对: 张新

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

检测专报

送检单位: 河北标科环境检测技术有限公司 收样日期: 2020.7.25

批号: 20-443

采样地点: 南宫市大屯乡水源地

检测日期: 2020.7.28-8.5

室内编号: 20-443-2223

采样日期: 2020.7.25

报告日期: 2020.8.5

野外编号: W07003DX1-0401

检测项目	检测值	检测项目	检测值
三氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	—	苯并(b)荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
四氯化碳/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	苯并(a)芘/($\mu\text{g/L}$)	<0.0020
苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	多氯联苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/($\mu\text{g/L}$)	<2.0
二氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	2,4,6-三氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,2-二氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	—	五氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,1,1-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	六六六(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1,2-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	γ -六六六(林丹)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,2-二氯丙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	滴滴涕(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
三溴甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	六氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	七氯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	2,4-滴/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
1,2-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	克百威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
三氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	涕灭威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
四氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	敌敌畏/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.05	甲基对硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
邻二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	马拉硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
对二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	乐果/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
三氯苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	毒死蜱/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
乙苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	百菌清/($\mu\text{g/L}$)	<0.020
二甲苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	莠去津/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
苯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.25	草甘膦/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
2,4-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010	以下空白	
2,6-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
萘/($\mu\text{g/L}$)	<0.020		
蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		

主检: 李胜胜

制表: 李胜胜

校对: 张新

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

检测报告

送检单位: 河北标科环境检测技术有限公司 收样日期: 2020.7.25

批 号: 20-443

采样地点: 南宫市北胡街道水源地

检测日期: 2020.7.28-8.5

室内编号: 20-443-2224

采样日期: 2020.7.25

报告日期: 2020.8.5

野外编号: W07003DX1-0301

检测项目	检测值	检测项目	检测值
三氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	—	苯并(b) 荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
四氯化碳/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	苯并(a) 芘/($\mu\text{g/L}$)	<0.0020
苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	多氯联苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/($\mu\text{g/L}$)	<2.0
二氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	2,4,6-三氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,2-二氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	—	五氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,1,1-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	六六六(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1,2-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	γ -六六六(林丹)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,2-二氯丙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	滴滴涕(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
三溴甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	六氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	七氯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	2,4-滴/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
1,2-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	克百威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
三氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	涕灭威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
四氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	敌敌畏/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.05	甲基对硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
邻二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	马拉硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
对二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	乐果/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
三氯苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	毒死蜱/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
乙苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	百菌清/($\mu\text{g/L}$)	<0.020
二甲苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	莠去津/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
苯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.25	草甘膦/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
2,4-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010	以下空白	
2,6-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
萘/($\mu\text{g/L}$)	<0.020		
蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		

主检: 李阳

制表: 李阳

校对: 张新

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

检测报告

送检单位: 河北标科环境检测技术有限公司 收样日期: 2020.7.25

批号: 20-443

采样地点: 南宫市南便乡水源地

检测日期: 2020.7.28-8.5

室内编号: 20-443-2225

采样日期: 2020.7.25

报告日期: 2020.8.5

野外编号: W07003DX1-0201

检测项目	检测值	检测项目	检测值
三氯甲烷/(μg/L)	—	苯并(b)荧蒽/(μg/L)	<0.010
四氯化碳/(μg/L)	<0.20	苯并(a)芘/(μg/L)	<0.0020
苯/(μg/L)	<0.30	多氯联苯(总量)/(μg/L)	<0.010
甲苯/(μg/L)	<0.30	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(μg/L)	<2.0
二氯甲烷/(μg/L)	<0.50	2,4,6-三氯酚/(μg/L)	<0.040
1,2-二氯乙烷/(μg/L)	—	五氯酚/(μg/L)	<0.040
1,1,1-三氯乙烷/(μg/L)	<0.15	六六六(总量)/(μg/L)	<0.010
1,1,2-三氯乙烷/(μg/L)	<0.15	γ-六六六(林丹)/(μg/L)	<0.010
1,2-二氯丙烷/(μg/L)	<0.15	滴滴涕(总量)/(μg/L)	<0.010
三溴甲烷/(μg/L)	<0.50	六氯苯/(μg/L)	<0.0050
氯乙烯/(μg/L)	<0.50	七氯/(μg/L)	<0.010
1,1-二氯乙烯/(μg/L)	<0.20	2,4-滴/(μg/L)	<0.10
1,2-二氯乙烯/(μg/L)	<0.20	克百威/(μg/L)	<0.050
三氯乙烯/(μg/L)	<0.20	涕灭威/(μg/L)	<0.050
四氯乙烯/(μg/L)	<0.20	敌敌畏/(μg/L)	<0.0050
氯苯/(μg/L)	<0.05	甲基对硫磷/(μg/L)	<0.0050
邻二氯苯/(μg/L)	<0.10	马拉硫磷/(μg/L)	<0.0050
对二氯苯/(μg/L)	<0.10	乐果/(μg/L)	<0.0050
三氯苯(总量)/(μg/L)	<0.20	毒死蜱/(μg/L)	<0.0050
乙苯/(μg/L)	<0.30	百菌清/(μg/L)	<0.020
二甲苯(总量)/(μg/L)	<0.50	莠去津/(μg/L)	<0.040
苯乙烯/(μg/L)	<0.25	草甘膦/(μg/L)	<0.10
2,4-二硝基甲苯/(μg/L)	<0.010	以下空白	
2,6-二硝基甲苯/(μg/L)	<0.010		
萘/(μg/L)	<0.020		
蒽/(μg/L)	<0.010		
荧蒽/(μg/L)	<0.010		

主检: 李强

制表: 张永梅

校对: 张新

国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心
(中国地质科学院水文地质环境地质研究所)

检 测 报 告

送检单位: 河北标科环境检测技术有限公司 收样日期: 2020.7.25

批 号: 20-443

采样地点: 南宫市苏村镇水源地

检测日期: 2020.7.28-8.5

室内编号: 20-443-2226

采样日期: 2020.7.25

报告日期: 2020.8.5

野外编号: W07003DX1-0101

检测项目	检测值	检测项目	检测值
三氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	—	苯并(b)荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
四氯化碳/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	苯并(a)芘/($\mu\text{g/L}$)	<0.0020
苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	多氯联苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/($\mu\text{g/L}$)	<2.0
二氯甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	2,4,6-三氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,2-二氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	—	五氯酚/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
1,1,1-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	六六六(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1,2-三氯乙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	γ -六六六(林丹)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,2-二氯丙烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.15	滴滴涕(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
三溴甲烷/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	六氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	七氯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010
1,1-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	2,4-滴/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
1,2-二氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	克百威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
三氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	涕灭威/($\mu\text{g/L}$)	<0.050
四氯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	敌敌畏/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.05	甲基对硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
邻二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	马拉硫磷/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
对二氯苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.10	乐果/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
三氯苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.20	毒死蜱/($\mu\text{g/L}$)	<0.0050
乙苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.30	百菌清/($\mu\text{g/L}$)	<0.020
二甲苯(总量)/($\mu\text{g/L}$)	<0.50	莠去津/($\mu\text{g/L}$)	<0.040
苯乙烯/($\mu\text{g/L}$)	<0.25	草甘膦/($\mu\text{g/L}$)	<0.10
2,4-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010	以下空白	
2,6-二硝基甲苯/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
萘/($\mu\text{g/L}$)	<0.020		
蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		
荧蒽/($\mu\text{g/L}$)	<0.010		

主检: 李静如

制表: 沈永清

校对: 张新

附表2

检测项目	检测依据	检测项目	检测依据
四氯化碳	GB/T5750.8-2006/附录A	苯并（b）苊蒽	EPA8270D
苯	GB/T5750.8-2006/附录A	苯并（a）芘	EPA8270D
甲苯	GB/T5750.8-2006/附录A	多氯联苯（总量）	HJ 715-2014
二氯甲烷	GB/T5750.8-2006/附录A	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	GB/T5750.8-2006/12.1
1,1,1-三氯乙烷	GB/T5750.8-2006/附录A	六六六（总量）	HJ 699-2014
1,1,2-三氯乙烷	HJ 686-2014	γ-六六六（林丹）	HJ 699-2014
1,2-二氯丙烷	HJ 686-2014	滴滴涕（总量）	HJ 699-2014
三溴甲烷	GB/T5750.8-2006/附录A	六氯苯	HJ 699-2014
氯乙烯	GB/T5750.8-2006/附录A	七氯	HJ 699-2014
1,1-二氯乙烯	GB/T5750.8-2006/附录A	百菌清	GB/T5750.8-2006/附录B
1,2-二氯乙烯	GB/T5750.8-2006/附录A	莠去津	EPA8270D
三氯乙烯	GB/T5750.8-2006/附录A	2,4,6-三氯酚	HJ 744-2015
四氯乙烯	GB/T5750.8-2006/附录A	五氯酚	HJ 744-2015
氯苯	GB/T5750.8-2006/附录A	2,4-滴	GB/T23214-2008
邻二氯苯	GB/T5750.8-2006/附录A	克百威	GB/T23214-2008
对二氯苯	GB/T5750.8-2006/附录A	涕灭威	GB/T23214-2008
三氯苯（总量）	GB/T5750.8-2006/附录A	敌敌畏	SL 739-2016
乙苯	GB/T5750.8-2006/附录A	甲基对硫磷	SL 739-2016
二甲苯（总量）	GB/T5750.8-2006/附录A	马拉硫磷	SL 739-2016
苯乙烯	GB/T5750.8-2006/附录A	乐果	SL 739-2016
2,4-二硝基甲苯	HJ 716-2014	毒死蜱	SL 739-2016
2,6-二硝基甲苯	HJ 716-2014	草甘膦	GB/T 5750.9-2006/18
萘	EPA8270D	以下空白	
蒽	EPA8270D		
苊蒽	EPA8270D		